

نحوه درمان با دستگاه کویتیشن آراف

۱. حل کردن چربی، سفت کردن و ارتقای کشسانی پوست

این دستگاه ها با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری رادیو فرکانس به صورت موضعی و هدف دار، به طور مستقیم به چربی های عمیق بدن نفوذ می کند؛ در نتیجه باعث ایجاد گرما در لایه چربی و افزایش دمای موضعی سبب حذف چربی و سموم از طریق غدد تعریق، گردش کبدی و... می شود. همینطور ذرات الماس در اندازه های مختلف سطح پوست را در همان راستا ماساژ می دهند و قابلیت مکش نیز از طریق کشش و کیوم با فشار منفی قدرتمند برای ترکاندن مستقیم چربی های ضخیم مورد استفاده قرار می گیرد.

افزایش گردش خون، تسریع فرآیند چربی سوزی، دفع سموم و زائادات، بهبود اثر حذف سلولیت، بهبود موثر حالت بافت هاله ای، حذف چربی های مقاوم به ورزش و بهبود وضعیت جذب محصولات مکمل از مواردی است که می توانیم از این هندپیس انتظار داشته باشیم.

۲. انفجار قدرتمند در سلول چربی و حذف چربی ها

هندپیس کویتیشن طول موجی قدرتمند به اندازه ی ۴۰,۰۰۰ هرتز به بدن ساطع کرده و سلول های چربی را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب ایجاد حرکت سایشی میان سلول ها می شود که این امر باعث مصرف کالری و رطوبت در سلول ها شده و اندازه آنها را کاهش می دهد. علاوه بر آن ارتعاش موجی می تواند باعث برخورد شدید سلول های چربی به هم و در نتیجه انفجار و کاهش مقدار سلول ها موجب چربی سوزی شود. پس از چربی های شکسته شده وارد جریان خون شده و از طریق کبد تجزیه و از بدن دفع می شوند.

۳. هندپیس Multipolar و RF Tripolar

وکیوم کاهش وزن به همراهی RF با انفجار چربی توانایی افزایش متابولیسم بافت ها را دارد. این دستگاه به جهت شکل دهی به بدن و صورت مورد استفاده قرار می گیرد. به طوری که توانایی نفوذ به ذرات چربی پوست تا عمق ۳ سانتی متری را دارد تا انبساط و افزایش دمای دیواره ی سلولی و در نتیجه ی آن انفجار سلول چربی و خارج شدن اسید چرب موجب کاهش اندازه ی ذرات چربی شود. در مدل 3 هندپیس وکیوم تعبیه نشده و همان سه هندپیس که در بالاتر نام بردیم قرار دارند.

۴. حذف چروک های صورت، سفت کردن و لیفت

به علت استفاده از الکتروود خازنی جفت شده در هندپیس RF صورت، انتقال انرژی امواج و میدان الکتریکی به بافت زیر پوستی از طریق سطح پوست نفوذ می کند. با وجود فرکانس ۴۵۰ کیلو هرتزی و تغییرات میدان الکتریکی جهت ذرات باردار پوست تغییر کرده و در پی این پدیده مقاومت الکتریکی طبیعی در بافت زیر پوستی به حرکت در آمده و امواج انرژی تولید می کنند. همچنین پس از معالجه چروک ها می توان سفت و لیفت شدن پوست را احساس کرد. با کلاژن سازی پیوسته، ضخامت و تراکم لایه درمیس پوست افزایش می باید که موجب حذف چروک ها، بهبود زخم ها، ارتقای خاصیت کشسانی و شفاف سازی پوست می شود. با افزایش کلاژن، پوست جدید به وجود می آید و جای چروک توسط سلول های پوستی جدید پر می شود.

۵. صفحات لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز سطوح پایینی از انرژی ساطع می کند. در نتیجه یک سیگنال شیمیایی داخل سلول به وجود می آید و موجب شکسته شدن تریگلیسیرید های استروئیدی و تبدیل آنها به اسید های چرب آزاد و گلیسرول می شود. این اجزا به بافت های مختلف بدن رفته و طی متابولیسم بدن برای تولید انرژی مورد استفاده قرار می گیرند. فرآیند رها سازی جزو فرآیند طبیعی بدن برای تولید انرژی از ذخایر چربی بوده است؛ بنابراین هیچ واکنش غیر طبیعی در بدن ایجاد نمی شود و بافت های مجاور پوستی یا رگ و اعصاب پیرامونی تحت الشعاع فعالیت قرار نمی گیرند.

در واقع می توان گفت درمان با پدهای لیپولیزر به نوعی تکمیل کننده هندپیس های دیگر مثل کویتیشن و آراف هستند و به تنهایی نمی توان به عنوان اهرمی برای لاغری در نظر گرفت. از طرفی تاثیر گذاری هندپیس های اصلی دستگاه بسیار بیشتر از این پدها است و در واقع کار لاغری و کاهش سایز را آن ها بر عهده دارند.

مضرات این روش

- این روش باعث می شود که چربی های شکسته شده در بدن به گردش در آیند و حتی وارد خون شده و مشکلاتی را به وجود آورند.
- این روش به دلیل لرزشی که ایجاد می کند امکان آسیب رساندن به ماهیچه ها، بافت های عروقی و سیستم های عصبی را افزایش می دهد.

قرمزی پوست؛ یکی از عوارض لاغری با دستگاه کویتیشن

یکی از عوارض جانبی شایع در استفاده از دستگاه کویتیشن برای لاغری، به ویژه در ناحیه شکم، ایجاد قرمزی یا تحریک پوست است. این واکنش پوستی معمولاً ناشی از تحریک ناشی از امواج فراصوتی است که در طول فرآیند کویتیشن به کار رفته اند. امواج فراصوتی به منظور شکستن سلول های چربی و تبدیل آن ها به ماده ای مایع استفاده می شوند که سپس از طریق سیستم لنفاوی دفع خواهند شد. قرمزی یا تحریک پوست عمدتاً موقتی است و به سرعت پس از پایان درمان برطرف می شود.

این واکنش ممکن است در افراد با پوست حساس تر شدیدتر باشد و به عنوان یک عارضه جانبی طبیعی در نظر گرفته شود.

۲. مشاهده کبودی های خفیف روی پوست پس از لاغری با کویتیشن

کبودی خفیف یکی از عوارض جانبی رایج در استفاده از دستگاه کویتیشن برای لاغری است. این عارضه معمولاً ناشی از ایجاد فشار و اختلال در سلول های چربی طی فرآیند کویتیشن است. هنگامی که امواج فراصوتی به سلول های چربی اعمال می شوند، ممکن است موجب آسیب موقتی به بافت های اطراف و در نتیجه ایجاد کبودی شود.

این کبودی ها معمولاً شدید نبوده و به مرور زمان و با فرآیند طبیعی ترمیم بدن برطرف می شوند. البته شدت این کبودی ها به طرز استفاده از دستگاه آراف کویتیشن نیز بستگی دارد؛ هرچه اپراتور مورد نظر در استفاده از دستگاه آراف مهارت داشته باشد، قطعاً این کبودی ها نیز کمتر خواهند بود.

۳. بروز حساسیت پوستی بر اثر لاغری با کویتیشن

گاهی اوقات ژل استفاده شده قبل از کویتیشن برای نفوذ اولتراسوند به لایه‌های زیرین پوست باعث حساسیت پوستی شود. ممکن است احساس خارش یا تورم داشته باشید اما این حالت موقتی است و پس از چند روز خود به خود برطرف می‌شود.

۴. احساس تشنگی بیش از حد

مراجعه‌کنندگان ممکن است پس از لاغری با کویتیشن، افزایش تشنگی را تجربه کنند که به دلیل حذف طبیعی مواد و سلول‌های چربی است؛ بنابراین توصیه می‌شود در روزهای پس از درمان زیاد آب بنوشید.

۵. تورم و توده‌های پوستی؛

در برخی موارد پس از کاهش وزن با دستگاه لاغری کویتیشن، چربی به‌طور نابرابر تجزیه شده و سپس توده‌ها و برجستگی‌هایی روی پوست ایجاد می‌شود.

۶. احساس سردرد در تجربه لاغری با کویتیشن

تجربه سردرد یا سرگیجه بعد از کویتیشن غیرعادی نیست و ناشی از سمومی است که در بدن ترشح می‌شود. هیدراته ماندن و انجام ورزش بعد از درمان می‌تواند به تخلیه سریع‌تر سیستم از سموم ترشح‌شده کمک کند.

۷. افزایش دفع ادرار؛

افزایش موقتی در تعداد دفعات ادرار یکی از عوارض دستگاه آر اف کویتیشن برای لاغری است. این افزایش به دلیل نیاز بدن به دفع محصولات ناشی از فرآیند کویتیشن که در آن سلول‌های چربی به ماده مایع تبدیل می‌شوند، رخ می‌دهد. این مواد مایع سپس توسط سیستم لنفاوی و ادراری بدن دفع می‌شوند، که نتیجه آن افزایش فعالیت کلیه‌ها و در نتیجه افزایش دفع ادرار است.

این واکنش نشان‌دهنده فرآیند طبیعی بدن در پاک‌سازی و دفع محصولات فرآیند کویتیشن است و به‌طور معمول نشانه‌ای از هیچ مشکل پزشکی جدی نیست.

در نهایت این دستگاه تجهیزات پزشکی محسوب شده و در سایت imed.ir کاملاً قابل جستجو میباشد و شرکتهای فعال تولید کننده داخلی و وارد کننده خارجی قانونی فعال دارد. بنابراین دستگاههای موجود در مطبها و مراکز زیباییي زیر نظر پزشک باید حتما دارای مجوزات لازم باشند.